

检 测 报 告

检测类别：委托检测

样品类别：地下水

委托单位：江苏永林油脂科技有限公司

报告编号：天宇（HC）检字第（226081202）号

江苏天宇检测技术有限公司

2022 年 12 月 30 日

检验检测专用章

检测 报 告 说 明

- 一、报告无江苏天宇检测技术有限公司检验检测专用章无效，无骑缝章无效。
- 二、报告只对所检样品检验项目的检验结果负责。对由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检验数据负责，不对样品来源负责。
- 三、报告内容涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
- 四、委托方对本报告有异议，请于收到报告十天内向本公司提出，逾期不予受理。
- 五、复制检测报告，必须经本公司批准并加盖检验检测专用章后方可有效。
- 六、未经本公司书面同意，本报告及相关数据不得用于商品广告，违者必究。
- 七、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，相关排放标准由客户提供。
- 八、本报告中检测数据结果仅供客户内部使用。
- 九、所有超过规定保存期的样品均不予留样，客户申请留样并支付样品管理费的除外。

单位：江苏天宇检测技术有限公司

地址：江苏省-盐城市-盐都区-盐龙街道办事处盐渎西路 900 号创新中心 1 号楼 4 层

邮编：224000

电话：0515-80995959

邮箱：ty80995958@163.com

检 测 报 告

受检单位	江苏永林油脂科技有限公司		
通讯地址	建湖县南华工业园		
联系人	刘宏军	联系电话	13912578178
样品类别	地下水	检测目的	委托检测
采样人员	唐庆明、蒋凯华	采样日期	2022.12.15
检测人员	张吉	检测日期	2022.12.16~12.17
检测内容	一、地下水： 1) 氯甲烷		
检测结果	见第 4 页		
检测依据	见第 5 页		
主要仪器设备	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20341)		

编 制: 陈明月

审 核: 徐银燕

签 发: 陈明月

检测单位 (检验检测专用章)

日期: 2022 年 12 月 30 日

检验检测专用章

表 1 地下水检测结果

采样日期 检测项目		采样地点 测量值	W1 罐区西侧 D1	W2 污水处理 中心北侧 D2	W3 地下水 上游方向 D3	W4 地下水 下游方向 D4
			10:38~10:58	11:10~11:30	13:22~13:42	13:54~14:14
2022.12.15	氯甲烷 (µg/L)		0.63L	0.63L	0.63L	0.63L
备注：依据 HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》，当测定结果低于分析方法检出限时，以“方法检出限”加标志位“L”表示，氯甲烷检出限为 0.63 µg/L。						

以下空白

表 2 检测依据

样品类别	项目	分析方法	方法来源	检出限
地下水	氯甲烷	参照《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	HJ 639-2012	0.63 µg/L

以下空白

天宇检测有限公司

表 3 样品信息


检测类别	检测点	样品编号	样品状态
地下水	W1 罐区西侧 D1	DXS221215608 1-1	无色、无嗅和味、无肉眼可见物
	W2 污水处理中心 北侧 D2	DXS221215608 2-1	无色、有嗅和味、无肉眼可见物
	W3 地下水上游方 向 D3	DXS221215608 3-1	无色、无嗅和味、无肉眼可见物
	W4 地下水下游方 向 D4	DXS221215608 4-1	无色、无嗅和味、无肉眼可见物

附件 1：采样点位图

附件 2：检测分析质量统计表

*****报告结束*****

附件 1：采样点位图



备注：◇为地下水检测点，编号为D1、D2、D3、D4；
日期：2022.12.15 风向：西南风

附件 2：检测分析质量统计表

样品类别	分析项目	样品数	现场平行样		实验室平行		加标回收		空白		标样		总检查数	总合格数	合格率 (%)
			检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数			
地下水	氯甲烷	4	1	1	1	1	1	1	2	2	/	/	5	5	100
合计		4	1	1	1	1	1	1	2	2	/	/	5	5	100

以下空白